

## Объявление о проведении закупа способом запроса ценовых предложений №6

Организатор закупок ГКП на ПХВ «Городская поликлиника №8» акимата города Астаны, г. Астана, ул. Сембинова, 4/1 объявляет о проведении закупок медицинских изделий способом запроса ценовых предложений на 2024 год.

Информация о закупаемых медицинских изделий:

№	Наименование	Характеристика	Ед/изм	к/во	цена	сумма
1	Комплект установочный для аппарата автоматической мойки и дезинфекции гибких эндоскопов «DSD-201 Medivators»	Установочный комплект состоит из: 1) уплотнения гидравлического клапана-12 шт.; 2) уплотнение электромагнитного клапана-4 шт.; 3) мембранные насосы дезинфицирующего средства с рециркулярным клапаном мембранного типа со встроенным электродвигателем-2 шт.; 4) клапаны3/4 регламентной замены в коллекторах сброса жидкостей- 6 шт.; 5) трубки перистальтических насосов L290 мм-4 шт.; 6) обратные клапаны системы управления потоками жидкостей-8 шт.; 7) защитная крышка датчика-2 шт.; 8) клапан для резервуара спирта и дезинфектанта-2 шт.; 9) возвратный шланг-1 шт.; 10) уплотнительное кольцо-2 шт. Год выпуска, не ранее 2024 года. Установка должно проводиться инженером, сертифицированным заводом-изготовителем.	шт	1	1830000	1830000
2	Фильтр антибактериальный для окончательной очистки воды для аппарата автоматической мойки и дезинфекции гибких эндоскопов «DSD-201 Medivators»	Фильтр должен быть предназначен для бактериостатической фильтрации воды от частиц размером не более 0,2 микрон. Тип фильтра должен быть сменным, мембранного типа. Фильтрующим элементом должен быть полисульфон. Вид очистки должен быть механическим, бактериальным. Длина фильтра не более 25,4 см. Диаметр уплотнительного отверстия фильтра без прокладки, не более 26 мм. Диаметр фильтра внешний, не более 70 мм. Тип уплотнения должен быть двойная резиновая манжета. Фильтр должен быть совместим с автоматическим репроцессором DSD-201. . Год выпуска, не ранее 2024 года. Установка должно проводиться инженером, сертифицированным заводом-изготовителем.	шт	2	290 700	581400
3	Фильтр для очистки дезинфицирующих средств для аппарата автоматической мойки и дезинфекции гибких эндоскопов «DSD-201 Medivators»	Фильтр должен быть предназначен для механической очистки рабочего раствора дезинфицирующего средства в автоматическом репроцессоре DSD-201. Фильтр должен быть совместим с действующими веществами дезинфицирующих средств, содержащих глутаровый альдегид, ортофталевый альдегид, надуксусную кислоту. Конструкция фильтрующего элемента должна быть цилиндрической. Тип картриджа должен быть неразборным. Крепление должно быть быстросъемным. Фильтр должен крепится к внутренним замкам магистралей репроцессора DSD-201. Цветовая индикация соединительных штуцеров фильтра должна совпадать с цветовой индикацией магистралей автоматического репроцессора DSD-201. Фильтр должен иметь маркировку показывающую направление потока жидкости. Диаметр фильтрующего элемента должен быть не более 30 мм. Габаритная длина с соединительными штуцерами не более 180 мм. . Год выпуска, не ранее 2024 года. Установка должно проводиться инженером, сертифицированным заводом-изготовителем.	шт	23	17 100	393300
4	Фильтр антибактериальный для очистки воздуха для аппарата автоматической мойки и дезинфекции гибких эндоскопов «DSD-201 Medivators»	Фильтр должен быть предназначен для очистки воздуха, предназначенного для продувки каналов гибких эндоскопов в репроцессоре DSD-201. Размер пор, не более 0,2 мкм. Конструкция фильтрующего элемента должна быть – дисковой. Фильтр должен иметь быстросъемное крепление. Цветовая индикация соединительных штуцеров должна быть голубого – белого цветов. Диаметр диска фильтрующего элемента, не более 60 мм. Габаритная длина с соединительными штуцерами, не более 130 мм. Фильтр должен быть совместим со всеми узлами автоматического репроцессора DSD-201. . Год выпуска, не ранее 2024 года. Установка должно проводиться инженером, сертифицированным заводом-изготовителем.	шт	7	23100	161700
<b>Итого:</b>						<b>2 966 400,00</b>

**Срок и место поставки:** DDP в течение 30 календарных дней с момента подписания договора. ГКП на ПХВ «Городская поликлиника №8» акимата города Астаны, г. Астана, ул. Сембинова, 4/1 (Аптечный склад).

1. Ценовые предложения потенциальных поставщиков, запечатанные в конверты, представляются по адресу: г. Астана, ул. Сембинова, 4/1, 4 этаж, 407 кабинет с 22.02.2024 года - до 10 ч. 00 мин. 04.03.2024 г. (режим работы с 09 ч.00 мин. до 18 ч. 00 мин за исключением выходных дней и обеденного перерыва с 13 ч.00 мин. до 14 ч. 00 мин.)

Дата и время рассмотрения ценовых предложений в 11 ч. 00 мин. 04.03.2024 г. по адресу: г. Астана, ул. Сембинова, 4/1, 4 этаж, 407 кабинет.